HOLOGIC®

Prélèvement d'échantillons pour la cytologie anale ThinPrep®

Guide de référence rapide



1. **Prélever** un échantillon adéquat à l'aide d'un écouvillon en Dacron®* humidifié ou d'une cytobrosse[1] en suivant les techniques de prélèvement publiées.[2]

2. **Rincer** l'écouvillon/la brosse aussi vite que possible dans la solution PreservCyt® en le/la faisant tourner 10 fois dans la solution tout en l'écrasant contre la paroi du flacon de solution PreservCyt. Agiter vigoureusement en tournant afin de libérer plus de matériel cellulaire. Jeter l'écouvillon/la brosse.

3. **Serrer** le bouchon afin que sa ligne de serrage dépasse celle du flacon.

4. **Noter** le nom du patient/de la patiente et son numéro d'identification sur le flacon.

5. **Noter** les informations relatives au patient/à la patiente ainsi que ses antécédents médicaux sur le formulaire de demande d'analyse cytologique.

6. **Placer** le flacon et la demande d'analyse dans une pochette pour échantillon pour le transport au laboratoire.

1. Darragh, TM, Birdsong, GG, Anal Rectal Cytology, The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology, 2004, 2nd Edition, 169-175
2. Bean, SM, Chhieng, DC, Anal-Rectal Cytology: A Review. Diagnostic Cytopathology 2009; Vol 38 No 7, 538-546
*Dacron® est une marque déposée d'Invista

Hologic fournit ce guide de référence rapide (« guide ») sur le prélèvement d'échantillons pour la cytologie anale ThinPrep en tant qu'outil d'information général ; il ne constitue ni une instruction positive ni une garantie. Bien que les informations fournies dans ce guide puissent décrire une technique particulière ou un protocole particulier, elles n'ont pas pour but de constituer une approbation et/ou une exigence de la part de Hologic quant à l'utilisation d'une telle technique ou d'un tel protocole. Le laboratoire est seul responsable de la détermination de la technique et/ou du protocole spécifique à employer. Les laboratoires utilisant les produits ThinPrep ou PreservCyt doivent lire et bien comprendre le mode d'emploi de chaque produit et se conformer aux règles et réglementations locales et nationales applicables.

Traitement des échantillons



1. **S'assurer que l'échantillon a pu reposer dans la solution PreservCyt®** pendant au moins 15 minutes après son prélèvement.

2. **Agiter légèrement le flacon d'échantillon PreservCyt** pour mélanger son contenu.



3. **En utilisant des filtres non gynécologiques, procéder au traitement sur le processeur ThinPrep® 2000 selon la séquence 2 ou sur le processeur ThinPrep 5000 selon la séquence Non gyn.**
   Fixer, colorer et évaluer.

   Se reporter au manuel d'utilisation du processeur ThinPrep pour des instructions détaillées sur la préparation de l'appareil et des échantillons.

Carcinome épidermoïde 40x





HSIL 60x

LSIL 40x



Négatif 20x

Solutions diagnostiques | hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | +1 781 999 7300

Pour l'assistance technique, appeler le +1 800 442 9892 - option 6.

MISC-02101-901 Rev. 003 © 2015 Hologic, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Les caratéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Hologic, PreservCyt, ThinPrep et les logos associés sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Ces informations sont destinées aux professionnels de santé aux États-Unis et dans d'autres pays ; elles ne sont pas destinées à être utilisées à des fins de sollicitation ou de promotion là où de telles activités sont interdites. Étant donné que la documentation de Hologic est distribuée via des sites Web, des diffusions de communications électroniques et des salons, il n'est pas toujours possible de contrôler où cette documentation apparaît. Pour des informations spécifiques sur la disponibilité des produits vendus dans un pays en particulier, veuillez contacter votre représentant Hologic ou envoyer un e-mail à **diagnostic.solutions@hologic.com.**